

Протокол №20

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования запроса ценовых предложений

г.Атырау

«29» августа 2019 года

1. Заказчик – КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» Управление здравоохранения Атырауской области. г.Атырау ул.Айтеке би 24
2. Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау ул.Айтеке би 24

Предмет: МТ

№	Наименование товара	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Монитор фетальный	• Блок аппарата базовый: Дисплей не менее 800*480 пикселей; Цветной дисплей не менее 4.7 дюйма Регистратор Метод регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение: не менее 8 (вертикаль)/не менее 10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати: не менее 1, 2, 3, не более 12.5 см/минуту Батарея в наличии Ni-MH Батарея 12 V, не менее 2600 mА Внешняя связь RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция) Спецификации окружающей среды Температурный интервал Эксплуатация: не менее 10 до не более 40°C Хранение: не менее -10 до не более 60^ Амплитуда относительной влажности Эксплуатация: не менее 30 ~ не более 85% Хранение: не менее 20 ~ не более 95% Атмосферное давление Эксплуатация: не менее 70 до не более 106kPa Хранение: не менее 70 до не более 106kPa Спецификации электропитания Адаптер электропитания; Вход 100-240В, 50-60Гц, 1.2А выход 18В, 2.5А Защита от нарушения энергоснабжения Габариты: Ширина: не более 296мм; Высота: не менее 305.5 мм; Длина: не менее 97,5 мм; Вес: не более 3,2 кг (без батареи) • Ультразвуковой датчик: Измерение СРЭ Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса Частота ультразвука: не менее 1.0 1V1Гц Мощность ультразвука: не менее <10мВ/см2 Метод обнаружения СРЭ: Автокорреляция Амплитуда измерения: не менее 50 до не более 240 ударов в минуту (уд/мин) Точность СРЭ: не более ±1 уд/м и т сверх нормальной амплитуды СРЭ • Датчик маточных сокращений Эмбриональное Измерение Перемещения Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульса Регистрация Метода:	компл. лект	1	2 100 000	2 100 000

	1. Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения. 2. Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог. • Пояс для крепления, фиксирования датчиков • Кабель подключения к электропитанию • Отметчик режимов • Тележка для фетального монитора • Требования к условиям эксплуатации Спецификации окружающей среды Температурный интервал Эксплуатация: 10 - 40°C Хранение: -10 до 60^ Амплитуда относительной влажности Эксплуатация: 30 ~ 85% Хранение: 20 ~ 95% Атмосферное давление Эксплуатация: 70 ~ 106kPa Хранение: 70 ~ 106kPa Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться согласно договора. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);				
2	Электрокардиограф • Блок аппарата базовый Отведения ЭКГ не менее 12 параллельных отведений ЭКГ Размеры 296 x 305.5 x не менее 92.5 мм, не более 2.98 кг. Фиксирующие каналы не менее 3, 6, не более 12 каналов (60 секунд) Чувствительность не менее 5,10, не более 20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ) Выбор скорости печати не менее 12.5, 25, не более 50 мм/с Частота амплитудно-импульсной модуляции 500 импульсов/сек Фильтры Сетевой (не менее 50/60 Гц, не более -20dB) Фильтр ЭМГ (не менее 25-35 Гц, не более -3dB) Базовая линия (не менее 0.1 Гц, не более -3dB) Фильтр нижних частот (выкл., не менее 40 Гц, 100 Гц, не более 150 Гц) Дисплей ЖК-дисплей не более 2x16 знаков Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея Данные пациента Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес Основные параметры ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T Записывающее устройство	комплект	1	1 200 000	1 200 000

	Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах Ширина бумаги: формат А4: не менее 210мм или 8.5 дюймов; Длина: формат А4: не менее 300мм или не более 11 дюймов Электропитание Собственный шум: не более 20 Л(р-р) макс. Входной контур: незаземленный вход Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора Входящий импеданс: не более 10 МП Диапазон входного сигнала: не более 5±mV Коэффициент ослабления симфазного сигнала: не менее >100 дБ Смещение постоянной составляющей: не более ±300 mV Время: не более 3,2 секунды/ток утечки не более <10 мкА Частота цифровой записи не более 0.005 не менее 150 Гц Контроль качества сигнала Определение изолированного отведения Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс. Емкость батареи не более 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ) Связь Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN Безопасность Класс 1, Тип BF Соответствие стандартам качества CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC Требования к окружающей среде Влажность: не менее 30 не более 85% Рабочая температура: не менее 10°C не более 40°C Атмосферное давление: не менее 70 не более 106KPa • Кабель пациента - Не менее 12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно • Многоцветные электроды на конечности для снятия электрокардиограммы. Состоят из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. • Многоцветные электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl. • Кабель не менее 200 см длина, 100 – 240 В переменного тока • Тележка ЭКГ - Тележка предназначена для электрокардиографов. Габариты Высота не менее 750 мм. Подставка (верхняя часть) 330 x 430 мм. Вес не более 9.55 кг. Подставка АБС-пластик + Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ). Ручка АБС-пластик. Колеса АБС-пластик • Энергопотребление АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс. Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться согласно договора. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:				
--	---	--	--	--	--

		- замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий				
--	--	--	--	--	--	--

3. Закуп проводится в соответствии Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2017 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

4. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений:

№ лота	Потанциальные поставщики	Адрес	Дата и время
1	ТОО «Гелика»	г. Петропавловск, ул.Маяковского 95	26.08.19г. / 09-25
2	ТОО «Pharmalogica»	г. Атырау, ул.Кулманова,113,офис5	22.08.19г. / 10-15
3	ТОО «SanMedPlus»	г. Алматы, район Ауезовский, мкр.Сайран 14	23.08.19г. / 16-25
4	ТОО «Медфармимпорт»	г. Атырау, ул.Абдархманова ,55	23.08.19г./ 14-28

5. Предоставление документов для подтверждение квалификационным требованиям поставщиков:

№ лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Выделенная сумма	Сумма ТОО «Гелика»	Сумма ТОО «Pharmalogica»	Сумма ТОО «SanMedPlus»	Сумма ТОО «Медфармимпорт»
1	Монитор фетальный	2 100 000		1900000	2100000	2025000
2	Электрокардиограф	1 200 000	675000	1195000	1200000	1053000

6. Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, **РЕШИЛА:**


-По лотам №1 заключить договор с ТОО «Pharmalogica» на сумму **1 900 000** (один миллион девятьсот тысяч) тенге 00 тиын.

-По лотам №2 заключить договор с ТОО «Медфармимпорт» на сумму **1 053 000** (один миллион пятьдесят три тысячи) тенге 00 тиын. По ценовому предложению ТОО «Гелика», техническое характеристика электрокардиографа не соответствует.

Председатель комиссии :

Члены комиссии :

Секретарь комиссии :


 Джумагалиева К.У.

 Галым Ә.Г.
 Ашикбаева Т.

 Талгатов А.